

Checklist opstarten en afsluiten van de TA kamers

DATUM:

KAMERNR:

Kamer opstarten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Waterslangen doorspoelen		
Afzuigers doorspoelen		
Unit, lamp en werkblad afnemen met alcohol		
Zeefje van afzuiger terugplaatsen		
O-ringen van afzuigers eventueel invetten met vaseline		
Tray met benodigdheden klaarzetten		
Sleeves om kleine afzuiger en meerfunctiespuit		
Computer opstarten		
Eventueel airco aan		

Controle op aanwezigheid bij opstarten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Klein instrumentarium		
Genoeg spiegels, sondes, pincetten, tangen, etc.		
V- Ringen (2 stuks)		
UithardLamp		
Anesthesiespuit		
Handspiegel		
Aanwezigheid benodigd techniekwerk		
Voorraad kasten & lades controleren NB Niet volledig? Vul aan en noteer hiernaast wat je mist		

Checklist opstarten en afsluiten van de TA kamers

Kamer afsluiten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Vuile instrumentarium naar de sterie brengen		
Stoel doorspoelen door afzuigers op volle fles te zetten		
Unit, lamp en werkblad afnemen met alcohol		
Stoel schoonmaken met daarvoor bestemde reinigingsspray		
Afzuigers na het spoelen in sterilisatiezakje naar sterie		
Hoekstukken in sterilisatiezakje naar sterie		
Zeefjes afzuiger & spittoon afspoelen met water en in bakje water leggen		
Computer uit (let op scherm + muis)		
Airco uit		
Unit uit		
Röntgenapparaat uit		
Vuilnisbakken legen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)		
Vloeren dweilen (indien er geen schoonmaak aanwezig is)		

Controle op aanwezigheid bij afsluiten	Toelichting (alleen indien nodig)	 (initialen invullen)
Klein instrumentarium		
Genoeg spiegels, sondes, pincetten, tangen, etc.		
V- Ringen (2 stuks)		
UithardLamp		
Anesthesiespuit		
Handspiegel		
Voorraad controleren + aanvullen voor volgende dag (zie checklist voorraad kamers TA op PD>Doc&Prot>Checklists (nw)) NB Afvinken = alles gecontroleerd!		