

Implantcontrole

Doel

- Controle implantaten.
- Eventueel beperkte gebitsreiniging.
- 1 x per jaar.

Herbeoordeling

- OPG of RX-en van tanden /implantaten.
- Opmeten pockets rond implantaten (registratie op blad of in kaart).
- Opmeten ISQ waarde implantaten a.d.h.v. Osstell mentor (indien mogelijk).
- Opmeten pockets rond tanden.

Instrumentarium

- Diagnose set (spiegel/ pocketsonde/ furcatiesonde/ pincette)
- Osstell metor/ RX-foto
- Plastic scalers voor implantaten
- scaler H6/H7 / scaler ½ / curette 11/12 / curette 13/14 (restgebit)
- Polijsthoekestuk, cupje / polijstpasta

Werkwijze

- Mondhygiënecontrole en mondhygiëne-instructie.
- Reiniging implantaten en eventueel restgebit (eventueel a.d.h.v. Genius Laser).
- Bij overkappingen: controle torque ball-abutments/ losdraaien en aandraaien steg.
- Meten implantstablieit a.d.h.v. Osstell mentor (ISQ-waarde).
- Polijsten.
- Eventueel ontsmetten met CHX-gel.

Criteria

- Tevreden patiënt.

Tijdsduur

30 minuten.